


Latona

Letto motorizzato



Dotazioni di serie

- Misure pianorete a 4 sezioni 90x200 cm.
- Telaio rete: struttura portante perimetrale in acciaio, con telo rete in grigliato elettro-saldato. Guide reggi-materasso non asportabili. Dotato di due supporti per asta solleva-malato e asta porta flebo. Piano rete girevole con sistema automatico del raggiungimento della posizione poltrona con accesso laterale.
- Sezione alza-testa e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e sezione bacino fissa.
- Spalle: realizzate in legno con finitura faggio naturale e bordi in legno massello.
- Gambe: integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 75 mm dotate ognuna di freno indipendente.
- Altezza variabile del piano rete compresa tra 38 e 79 cm da terra.
- Trendelenburg: movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a -12°.
- Sponde: a scorrimento verticale a due montanti con finitura in faggio naturale e sblocco sponde tramite pulsanti posti sulle testiere.
- Spondine: aggiuntive e asportabili in acciaio zona bacino per il contenimento del paziente quando il letto è in posizione poltrona.
- Finitura: verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche di colore beige.
- Dotazione: dotato di asta solleva malato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Configurazione e dati tecnici



Letto a 3 snodi e 4 sezioni con altezza variabile e movimentazione elettrica totale

GBK0045

Tensione di alimentazione	230 V, 50Hz	Lunghezza interna (rete)	194 cm
Potenza elettrica assorbita	100 W	Larghezza interna (rete)	90 cm
Peso massimo paziente	135 kg	Altezza rete/terra	39-79 cm
Carico di lavoro sicuro	170 kg	Altezza testale	48.5 cm
Lunghezza totale esterna	211 cm	Diametro ruote	12.5 cm
Larghezza totale esterna	103 cm	Peso totale (rete inclusa)	104 kg



Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 80 rev. 19/01/2022