

Mammo 665

Poltrona multifunzione



SEDIE

Usò Frequente

Mammografia



VERSIONE CON
COMPONENTI OPZIONALE:
BRACCIOLO REGOLABILE
IN ALTEZZA

Elevato
COMFORT

Progettata per gli esami mammografici



www.gardhenbalance.it



Braccioli fissi

Schienale e Seduta
con rivestimento Eco

Ruota posteriore
con freno a pedale

Pedana

Pompa a pedale idraulica





Caratteristiche del dispositivo medico

- Telaio della base ad H in acciaio;
- Altezza della seduta regolabile tramite pompa a pedale idraulica;
- Braccioli fissi;
- 4 Ruote gemellari girevoli Ø 100mm;
- Ruote posteriori con freno a pedale;
- Pedana poggiaiedi per garantire una posizione di seduta stabile durante il trattamento;
- Rivestimento seduta e schienale Eco.



Ruota posteriore con freno



Leva per la regolazione dell'altezza della seduta



Pedana poggiaiedi

Componenti Opzionali



Braccioli regolabili 2D



Braccioli removibili



Mammo 665

Scheda tecnica

Codice Prodotto	GBM0184
Destinazione d'uso	Poltrona per mammografia
Peso totale	32 kg
Ruote	Nr. 4 gemellari girevoli da 100 mm 2 posteriori con sistema frenante
Portata Massima	125 kg


DIMENSIONI

Lunghezza totale in posizione verticale	90cm
Larghezza complessiva	60cm
Regolazione dell'altezza del sedile	60-80 cm


Colori Rivestimento Eco75



E06
Sandy Beach



E07
Ahorn Leaf



E04
Icy Stone



E03
Stormy Sea



E05
Pine Green



E02
Volcanic
Grey



E01
Black Stone

www.gardhenbalance.it



Gardhen Balance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S -
80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy
Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460
E-mail: info@gardhenbalance.it
PEC: gardhenbalance@pec.it

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 419 rev. 22/01/2025

